

導入年度	H 2 2 年度	設備名	ドラフトチャンバー		
メーカー	ダルトン	型 式	DFV 型	設置室	いしかわ次世代産業創造支援センター 複合材料物性測定室Ⅱ

平成 22 年度 地域活性化交付金「住民生活に光りをそそぐ交付金事業」

### 《 概 要 》

難燃性評価システム使用時に発生する燃焼ガスや煤煙を浄化処理し、屋外に排出する装置です。

### 《 設備外観 》



### 《 仕 様 》

- ・ 最大換気風量： 35m<sup>3</sup>/min
- ・ 活性炭及びスクラバーによる排気清浄